



Agenția pentru Protecția Mediului Bihor

Nr.: 14214 / 01.09.2023

Informare

Evoluția calității aerului în luna august 2023

Evoluția indicelui general de calitate a aerului la stațiile automate din rețeaua de monitorizare din județul Bihor:



Legenda:

- BH 1 (stație urbană) – Oradea, B-dul Dacia nr. 25/A,
- BH 2 (stație industrială) – Oradea, Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr. 106/A
- BH 3 (stație de trafic) – Oradea, Str. Nufărului, nr. 47-59, (lângă McDonalds-drive)
- BH 4 (stație industrială) – localitatea Țețchea
- BH 5 (stație fond suburban)-localitatea Haieu

Amplasarea stațiilor de monitorizare din județul Bihor

În vederea facilitării **informării publicului**, interpretarea datelor privind calitatea aerului, furnizate de stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, se realizează prin calculul indicelui specific de calitate a aerului, ceea ce reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

1. dioxid de sulf [SO₂];
2. dioxid de azot [NO₂];
3. ozon [O₃];
4. monoxid de carbon (CO);
5. pulberi în suspensie [PM 10]

precum și a calculului indicelui general care se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, fiecare număr corespunzând unei culori, conform Ordinului M.M.A.P. nr. 1818/02.10.2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului:

Indice general de calitate a aerului zilnic					
1	2	3	4	5	6
BUN	ACCEPTABIL	MODERAT	RĂU	FOARTE RĂU	EXTREM DE RĂU

În acest context, zilnic se elaborează buletinul informativ și se afișează pe site-ul APM Bihor: www.apmbh.anpm.ro.

Rezultatele monitorizărilor pot fi consultate pe www.calitateaer.ro .

Valorile limită pentru măsurătorile în sistem automat sunt reglementate de **Legea nr. 104/2011** actualizată, privind calitatea aerului înconjurător

Stația BH 1 (stație urbană), adresa: B-dul Dacia nr.25/A, Oradea

Statia BH1 este oprită din data de 26 iunie 2022 datorită defectării aparatului de aer condiționat, care asigura temperatura optimă din stație pentru funcționarea în parametrii normali a analizoarelor.

Stația BH 2 (stație industrială) – Oradea, Episcopia Bihor, Str. Matei Corvin nr.106/A

Statia BH2 este oprită din data de 17 ianuarie 2023 datorită defectării aparatului de aer condiționat, care asigura temperatura optimă din stație pentru funcționarea în parametrii normali a analizoarelor.

Stația BH 3 (stație de trafic) – Oradea, Str. Nufărului, nr. 47-59,
(lângă MC-Donalds – drive)

Începând cu data de 30.05.2023 statia BH3 este oprită datorită unor probleme la alimentarea cu energie electrică a stației

Stația BH 4 (stație industrială) – localitatea Țețchea

Stația BH4 a fost oprită în data de 24.10.2022 deoarece nici un analizor nu mai funcționa în mod corespunzător.

Stația BH 5 (stație fond suburban) – localitatea Haieu com. Sânmartin

În data de 23.07.2023 stația BH5 a fost oprită, instalația de aer condiționat nu funcționează corespunzător nu se asigură temperatura optimă pentru funcționarea corectă a analizorului de ozon din stație, datele fiind invalidate de soft sau lipsă.

Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA



Adriana CALAPOD, Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare
Intocmit: Bereczki Eniko

Adresa de email: monitorizare@apmbh.anpm.ro; Tel: 0259444509